



ראש חטיבת בריאות הציבור

Chief Executive of the Public Health Directorate

**משרד
הבריאות**

לחיים בריאים יותר

י"ז באב, התשפ"ד
21/08/2024
275522724
(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק – 23

לכבוד
מר איגור פאליי
מנכ"ל מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ
רח' הפרת 2, יבנה

הנדון: הכרה למעבדות אקולוגיה א.פ. לבדיקות כימיות במי קולחין

סימוכין: תקנות בריאות העם תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים, התשי"ע-2010

בתוקף סמכותי לפקודת בריאות העם (1940 חלק 1) ולפי תקנות בריאות העם תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים (התשי"ע-2010) אני מכירה במעבדת אקולוגיה לביצוע הבדיקות הכימיות במי קולחין, כמפורט בנספח לתעודה זו.

תוקף ההכרה הוא עד התאריך 31.07.2025

בברכה,
ד"ר שרון אלרעי-פרייס
ראש חטיבת בריאות הציבור

העתק:

ד"ר אפרת רורמן, מנהלת המחלקה למעבדות
ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות
ד"ר שושנית אוהד, מנהלת מערך בטיחות ואיכות, המחלקה למעבדות
גבי עטר עדות הבלנה, מנהלת תחום מי שתייה, המערך הארצי לבריאות הסביבה
חברי וועדת הכרה



ראש חטיבת בריאות הציבור

Chief Executive of the Public Health Directorate

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

נספח לתעודה הכרה למעבדות אקולוגיה בע"מ

טלפון: 08-9322115 פקס: 08-9322116 מייל: larisa.l@labs-eco.com	מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ רח' הפרת 2, יבנה 8122702 ת.ד 13337
---	--

תחום: בדיקות כימיות במי קולחין תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע - 2010 .	
שיטת הבדיקה / מסמך ישים SM – Standard Method	הפרמטר הנבדק:
SM 5210 B	צחי"ב כללי (BOD5)
Merck kit SM 5220 D Based on	צחי"כ כללי (COD)
SM 2540 D	כלל מוצקים מרחפים (TSS)
SM 4500 NH3 C	חנקן אמוניאקלי (אמון)
	חנקן כללי (TN) – (סכום אריתמטי של חנקן קיילדל חנקן ניטריט וחנקן ניטרט)
SM 4500-Norg	חנקן קיילדל (N-Kjeldahl)
SM 4500 NO2 –N B	חנקן ניטריט (NO2 –N)
SM 4500 NO3 –N B	חנקן ניטרט (NO3 –N)
SM 4500 P B1,B4,C	זרחן כללי
SM 4110 B	כלוריד
SM 2510 B	מוליכות חשמלית
SM 3120 B	נתרן (Na)
B 5210SM	חמצן מומס (DO)
SM 4500 H+ B	הגבה - pH
SM 5540C	דטרגנטים אניוניים - MBAS
SM 3120 B	בורון (B)
SM 3120 B	כרום (Cr)
SM 3120 B	ניקל (Ni)



ראש חטיבת בריאות הציבור

Chief Executive of the Public Health Directorate

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תחום: בדיקות כימיות במי קולחין תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע - 2010 .	
שיטת הבדיקה / מסמך ישים SM – Standard Method	הפרמטר הנבדק:
SM 3120 B	סלניום (Se)
SM 3120B	עופרת (Pb)
SM 3120B	קדמיום (Cd)
SM 3120B	אבץ (Zn)
SM 3120B	ארסן (As)
SM 3120B	ברזל (Fe)
SM 3120B	נחושת (Cu)
SM 3120B	מנגן (Mn)
SM 3120B	אלומיניום (Al)
SM 3120B	מוליבדן (Mo)
SM 3120B	ונדיום (V)
SM 3120B	בריליום (Be)
SM 3120B	קובלט (Co)
SM 3120B	ליתיום (Li)

* המהדורה האחרונה של:

SM –Standard Method for the Examination of Water and Wastewater